

## 新北市政府衛生局 函



24158

新北市三重區重新路5段646號8樓

受文者：新北市藥師公會

地址：22006新北市板橋區英士路192-1號

承辦人：江佳穎

電話：(02)22577155 分機2353

傳真：(02)22536548

電子信箱：AQ5750@ntpc.gov.tw

發文日期：中華民國106年11月3日

發文字號：新北衛食字第1062177546號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關嬌生股份有限公司公司主動回收「安視優歐舒適二週拋棄式隱形眼鏡（衛署醫器輸字第019566號）」等3項醫療器材（批號如說明段）一案，懇請轉知所屬會員，如有案內批號產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據臺北市政府衛生局106年11月1日北市衛食藥字第10647120301號函辦理。
- 二、案係嬌生集團(Johnson's)日本分公司10月18日下午宣布，其隱形眼鏡品牌「安視優」(Acuvue)中，有4款產品出現「混入異物」的問題，經食藥署與台灣嬌生股份有限公司查證，係因廠商發現製造過程中用於定期清潔之刷毛，可能因清潔過程中脫落混入部分隱形眼鏡產品中，另部分隱形眼鏡之保存液，因濃度問題，可能導致使用者眼睛不適，故啟動自主回收行動，國內受影響產品資料如下：
  - (一)安視優歐舒適二週拋棄式隱形眼鏡(衛署醫器輸字第019566號)，受影響批號為L002NCS，國內進口計50盒(6片/盒)。
  - (二)安視優超涵水每日拋棄式隱形眼鏡(衛署醫器輸字第014442號)，受影響批號為2836840101、2836840102，國內進口計515盒(30片/盒)。
  - (三)安視優超涵水散光每日拋棄式隱形眼鏡(衛署醫器輸字第021651號)，受影響批號為B00LF41，國內進口計200盒(30片/盒)。
- 三、為保障民眾用藥安全，懇請轉知所屬會員，如有案內批號產



品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜。

- (一)如消費者持有前述批號之受影響產品，請立刻停止使用，並請向嬌生公司經銷商辦理產品退換貨。嬌生公司電話 0800-068-346。
- (二)提醒民眾，使用隱形眼鏡必須遵守清洗、配戴方式等注意事項，詳閱製造廠提供之使用說明書，文字或內容文章有不清楚的地方，務必向眼科醫師詢問，倘眼睛有任何不適應情形或症狀，也應立即向眼科醫師求診。
- (三)如民眾發現品質不良之醫療器材，或因使用醫療器材引起嚴重不良反應時，請依嚴重藥物不良反應通報辦法，立即通報衛生福利部所建置之全國藥物不良反應通報中心，不良反應通報專線 02-2396-0100，網站：  
<http://qms.fda.gov.tw/tcbw/>。

正本：社團法人新北市醫師公會、新北市藥師公會、新北市藥劑生公會、新北市西

藥商業同業公會、新北市商業會

副本：

局長 林奇宏



本案依分層負責規定授權業務主管決行