

檔 號：
保存年限：

衛生福利部中央健康保險署 函

地址：臺北市信義路3段140號
傳真：(02)27026324
承辦人及電話：劉小姐(02)27065866轉
3026
電子信箱：A111002@nhi.gov.tw

受文者：中華民國藥師公會全國聯合會

發文日期：中華民國110年5月21日
發文字號：健保審字第1100006437號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：回收藥品資訊 (1100006437-1.pdf)

主旨：有關永豐化學工業股份有限公司「Ringer's Solution(內
衛藥製字第007262號)」等4項藥品回收一案，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部食品藥物管理署110年5月18日FDA品字第
1101103853號函辦理。
- 二、旨揭藥品(回收清單詳如附件)，經主管機關認定係屬第二
級回收，請轉知所屬會員或醫療機構，對於涉及之相關品
項於處方時應多加留意。

正本：中華民國醫師公會全國聯合會、社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華
民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、台灣醫院協會
副本：衛生福利部、台北市電腦商業同業公會、本署各分區業務組(均含附件)

電 2021/05/24 文
交 08:12 換 章

永豐化學工業股份有限公司回收藥品資訊

| 藥品品名 | 許可證字號 | 回收批號 | 回收原因 |
|------------------|-----------------|---|-----------------------|
| 林格兒液 | 內衛藥製字第 007262 號 | 500mL 塑膠軟袋裝： 233F45E~233F53E，計 9 批 1000mL 塑膠軟袋裝： 236A56E~236A61E，計 6 批 | 安定性試驗之 pH 值測定結果未能符合規格 |
| "永豐"注射用蒸餾水 | 衛署藥製字第 058012 號 | 1000mL P.V.C.軟袋裝： 295D72E~295E01E，計 30 批 | 導電度檢驗結果趨近規格上限 |
| "永豐"滅菌沖洗用蒸餾水 | 衛署藥製字第 036456 號 | 500mL P.V.C.軟袋裝： 809A71E~809A77E，計 7 批 | 導電度檢驗結果趨近規格上限 |
| "永豐"0.45% 氯化鈉注射液 | 衛署藥製字第 036014 號 | 500mL P.V.C.軟袋裝： 278C43E~278C59E，計 17 批 | pH 值測定結果趨近規格下限 |