

## 新北市政府衛生局 函

地址：220205新北市板橋區英士路192之1號3樓  
承辦人：江佳穎  
電話：(02)22577155 分機2353  
傳真：(02)22536548  
電子信箱：AQ5750@ntpc.gov.tw



24158

新北市三重區重新路5段646號8樓

受文者：新北市藥師公會

發文日期：中華民國112年6月21日  
發文字號：新北衛食字第1121185377號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關富士康醫療器材有限公司輸入之「"富士康" 機械式輪椅（未滅菌）」（衛部醫器陸輸壹字第002196號、批號：202209、製造日期：20220909）醫療器材回收一案，請惠予轉知所屬會員，如有案內批號產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據桃園市政府112年6月17日府衛藥字第1120166047號函辦理。
- 二、案係旨揭批號產品經衛生福利部食品藥物管理署檢驗結果於「靜態強度試驗法」之「足踏板-抗向下力」測項不符標準之性能規格要求，涉屬不良醫療器材；另查該產品標籤標示製造業者名稱「製造商：高日鑫五金製品（深圳）有限公司」，與許可證核准資料「TROLLI KING HOLDINGS LTD」不符，違反醫療器材管理法之規定。
- 三、本案係屬第二級回收，基於維護民眾健康安全，請惠予轉知所屬會員，如有案內批號產品請立即下架勿再販售與使用，



並儘速配合回收事宜。

正本：社團法人新北市醫師公會、新北市藥師公會、新北市藥劑生公會、新北市醫療器材商業同業公會、新北市西藥商業同業公會、新北市商業會  
副本：

局長 陳潤秋

本案依分層負責規定授權業務主管決行

