

## 新北市政府衛生局 函

地址：220205新北市板橋區英士路192之1號3樓  
承辦人：江佳穎  
電話：(02)22577155 分機2353  
傳真：(02)22536548  
電子信箱：AQ5750@ntpc.gov.tw



24158

新北市三重區重新路5段646號8樓

受文者：新北市藥師公會

發文日期：中華民國112年7月17日  
發文字號：新北衛食字第1121351206號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關華新橡膠工業股份有限公司販售之「華新導尿管（衛署醫器陸輸字第000191號）」（批號：20221001；製造日期：20221001）醫療器材，涉屬不良醫療器材一案，請轉知所屬會員，如有案內批號產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據彰化縣政府112年7月12日府授衛藥字第1120263404號函辦理。
- 二、案係花蓮縣政府衛生局抽驗旨揭批號產品，經食藥署檢驗，測試結果顯示檢體有微生物生長，與查驗登記核准無菌規格不符，涉屬醫療器材管理法第8條第4款之不良醫療器材。
- 三、為保障民眾使用安全，請惠予轉知所屬會員，如有案內產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜。

正本：社團法人新北市醫師公會、新北市藥師公會、新北市藥劑生公會、新北市醫療器材商業同業公會、新北市西藥商業同業公會

副本：

局長 陳潤秋

本案依分層負責規定授權業務主管決行