

## 新北市政府衛生局 函

地址：220205新北市板橋區英士路192之1號3樓

承辦人：江佳穎

電話：(02)22577155 分機2353

傳真：(02)22536548

電子信箱：AQ5750@ntpc.gov.tw



24158

新北市三重區重新路5段646號8樓

受文者：新北市藥師公會

發文日期：中華民國112年12月5日

發文字號：新北衛食字第1122391900號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關華萃生醫科技股份有限公司販售之「“美聯”科越繃帶（滅菌）（衛部醫器陸輸壹字第003715號）」（批號211203）醫療器材，外盒標示違反醫療器材管理法一案，請轉知所屬會員，如有案內產品請儘速配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據臺北市政府衛生局112年11月30日北市衛食藥字第1123071367號函辦理。
- 二、案係高雄市湖內區衛生所於112年6月26日於保生藥局（地址：高雄市湖內區保生路340、342號）查獲案內產品外包裝許可證字號標示「衛部醫器陸輸壹登字第003715號」與原核准許可證字號「衛部醫器陸輸壹字第003715號」不符，違反醫療器材管理法規定。
- 三、本案係屬第三級回收，基於民眾健康安全，請惠予轉知所屬會員，如有案內產品請儘速配合回收事宜。

正本：社團法人新北市醫師公會、新北市藥師公會、新北市藥劑生公會、新北市醫療器材商業同業公會、新北市西藥商業同業公會、新北市商業會

副本：

局長 陳潤秋

本案依分層負責規定授權業務主管決行